



Verification of RoHS conformity

[Bestätigung der RoHS-Konformität]

1147-20-CC-20-PB001

Customer [Auftraggeber]: NON Corp.
No.226-227, Hanshin S-Meca, 65 Techno 3-ro, Yuseong-gu,
Daejeon, Republic of Korea

Manufacturer [Hersteller]: NON Corp.
No.226-227, Hanshin S-Meca, 65 Techno 3-ro, Yuseong-gu,
Daejeon, Republic of Korea

Product [Erzeugnis]: Sterilizing sticks

Type [Typ]: „Dr. Clo“

Pictures [Bilder].....:



Test report [Prüfbericht].....: 1147-20-CC-20-PP001

Requirements [Anforderungen].....: Dir 2011/65/EU (RoHS) [RL 2011/65/EU (RoHS)]

Pb	< 0,1 %
Cd	< 0,01 %
Hg	< 0,1 %
Cr VI	< 0,1 %
PBB/PBDE	< 0,1 %
Phthalates (DEHP, DIBP, DBP, BBP)	< 0,1 %

Based on the performed tests, the above-mentioned product meets the requirements of the directive 2011/65/EU (RoHS).

[Auf Basis der durchgeführten Prüfungen erfüllt das obengenannte Produkt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).]

The verified conformity relates exclusively to the product, type and batch named above.

[Die überprüfte Konformität bezieht sich ausschließlich auf das obengenannte Produkt, Typ und Charge.]

Hartmannsdorf, 22.12.2020

Dr. Carsten Voigt
Chemical Analytics
[Chemische Analytik]